

	TRƯỜNG ĐHYK PHẠM NGỌC THẠCH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA	Mã số: PKĐK. QT. 13 Phiên bản: 1.0 Ban hành: 7/10/2019
	NỘI QUY AN TOÀN BỨC XẠ	

I. NỘI QUY PHÒNG X-QUANG THÔNG THƯỜNG:

1. Cần phải đóng các cửa phòng máy trước khi tiến hành chụp Xquang
2. Không để chùm tia sơ cấp chiếu thẳng tới cửa sổ hoặc khu vực bàn điều khiển.
3. Khi chụp tất cả nhân viên phải đứng sau tấm che chắn của bảng điều khiển
4. Cần phải sử dụng các dụng cụ bảo vệ để che chắn bộ phận sinh dục của bệnh nhân khi cần thiết và cần điều chỉnh liều xạ ở mức thấp nhất có thể đạt được phù hợp với yêu cầu chẩn đoán
5. Khi cần phải đỡ phim hoặc bệnh nhân để chụp phải sử dụng giá đỡ cơ khí nếu có thể.
6. Không để bệnh nhân chờ trong phòng chụp khi bệnh nhân khác đang chụp.
7. Nếu có người ở lại trong phòng chụp để trợ giúp bệnh nhân hoặc giữ phim trong khi chụp thì người đó phải được mặc áo chì bảo vệ và tránh các tia sơ cấp trực tiếp chiếu thẳng vào người bằng cách đứng nép vào 1 bên của ống phát tia có đường dẫn liểu nhỏ.
8. Khám nghiệm X quang sẽ không được tiến hành nếu như không có chỉ định rõ ràng của bác sĩ. Khám nghiệm tăng cường hoặc chụp lại đối với phụ nữ có thai hoặc trẻ em sẽ không được tiến hành nếu như không được cân nhắc cẩn thận.

II. NỘI QUY CHỤP X-QUANG DI ĐỘNG:

1. Tia sơ cấp không được chiếu thẳng vào người khác ngoài bệnh nhân phải chụp.
2. Khi chụp bệnh nhân, nhân viên phải đứng cách xa bệnh nhân 2 mét và phải mặc áo bảo hộ.
3. Cần phải sử dụng các bộ phận bảo hộ để che chắn bộ phận sinh dục của bệnh nhân khi cần thiết.
4. Khám nghiệm X-quang sẽ không được thực hiện nếu như không có chỉ định rõ ràng và hợp lí của bác sĩ. Khám nghiệm tăng cường hoặc chụp lại đối với phụ nữ có thai hoặc trẻ em sẽ không được tiến hành nếu như không được cân nhắc cẩn thận.

III. ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN BỨC XẠ:

1. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy trình, nội quy và các hướng dẫn của Phòng khám về an toàn và kiểm soát bức xạ.
2. Các thiết bị chiếu, chụp di động chỉ được dùng khi không thể chuyển bệnh nhân đến cơ sở cố định do điều kiện của bệnh nhân hoặc điều kiện y tế khác và chỉ sau khi có các biện pháp an toàn cho việc sử dụng thiết bị.
3. Sử dụng các phương tiện theo dõi liều bức xạ và các phương tiện bảo vệ thích hợp (Liều kế cá nhân, áo/yếm chì) khi tiến hành công việc bức xạ.
4. Báo cáo ngay cho người phụ trách an toàn bức xạ hoặc người quản lý cơ sở bức xạ các hiện tượng bất thường về an toàn bức xạ nơi làm việc.
5. Thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố bức xạ theo chỉ dẫn của người phụ trách an toàn hoặc người quản lý bức xạ.

IV. ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN VÀ NGƯỜI NHÀ BỆNH NHÂN

1. Bệnh nhân đến chụp, chiếu phải thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên bức xạ. Bệnh nhân đợi đến lượt vào chụp, không mở cửa phòng máy khi chưa được gọi tên hoặc khi đèn báo trước cửa phòng sáng.
2. Người nhà bệnh nhân không được ở trong phòng chụp trong thời gian chiếu chụp, trừ nhân viên bức xạ cần thiết và những người được phép giúp đỡ bệnh nhân khi khám và chữa bệnh. Trong trường hợp phải có người giúp đỡ bệnh nhân trong khi chiếu, chụp phải cung cấp thiết bị bảo hộ theo quy định về an toàn bức xạ.
3. Người có thai và trẻ em tuổi không được phép giúp đỡ bệnh nhân khi đang chiếu chụp.

TP. HCM, Ngày 04 tháng 10 năm 2019

TRƯỞNG PHÒNG KHÁM



PGS.TS.BS NGUYỄN THANH HIỆP