

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2020

Số: 1735 /SYT-NVY

V/v khuyến cáo không sử dụng
buồng khử khuẩn toàn thân cho
người bước vào

KHẨN

Kính gửi:

- Bệnh viện công lập và ngoài công lập;
- Trung tâm Y tế quận, huyện;
- Phòng Y tế quận, huyện ;
- Phòng khám đa khoa, chuyên khoa.

Hiện nay, trên các phương tiện thông tin nêu rất nhiều về buồng khử khuẩn toàn thân di động và thực tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã có một số cơ sở khám chữa bệnh đưa vào sử dụng. Theo nhà sản xuất, hệ thống buồng khử khuẩn được thiết kế dựa trên nguyên tắc sử dụng dung dịch nước muối ion hóa (Anolyte) dạng phun sương toàn thân nhằm sát khuẩn nhanh bề mặt cơ thể con người.

Ngày 26/3/2020, Bộ Y tế khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không nên sử dụng buồng khử khuẩn toàn thân khi chưa được Hội đồng Khoa học Công nghệ Bộ Y tế thông qua vì chưa đủ tài liệu chứng minh hiệu quả diệt vi khuẩn và sự an toàn cho người sử dụng.

Đồng thời, ngày 26/3/2020, Sở Y tế cũng nhận được ý kiến chuyên môn của Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn TP.HCM. Theo đó tác dụng khử khuẩn của Anolyte chính là nhờ vào thành phần Clo hoạt tính. Trong y tế, anolyte đã được sử dụng chủ yếu để khử khuẩn các dụng cụ, bề mặt buồng bệnh, phòng mổ, máy móc, vật dụng hàng ngày,...

Trên cơ sở đó, Sở Y tế khuyến cáo các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố không nên sử dụng buồng khử khuẩn toàn thân do chưa được chứng minh về hiệu quả diệt vi rút và sự an toàn đối với người sử dụng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục QLKCB (báo cáo);
- UBND TP (báo cáo);
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, NVY (LMTL)

