

Số: 6027 /SYT-NVY

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2022

Về kết quả đánh giá kiểm soát
nhiễm khuẩn trong nội soi
chẩn đoán tại Phòng khám đa
khoa thuộc Trường Đại học Y
khoa Phạm Ngọc Thạch

- BLD
- KHTN
- BDEL PK

Kính gửi: Phòng khám đa khoa thuộc Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
(Địa chỉ: 461 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10)

CÔNG VĂN ĐỀN

Số: 202

Ngày 01 tháng 9 năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 4393/KH-SYT ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Sở Y tế
về tổ chức kiểm tra, đánh giá hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh trên địa bàn Thành phố năm 2022, Đoàn kiểm tra Sở Y tế đã tiến
hành đánh giá công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong nội soi chẩn đoán tại Phòng
khám đa khoa thuộc Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (sau đây gọi tắt là
phòng khám) vào ngày 12 tháng 8 năm 2022.

Qua xem xét các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và quy trình
nội soi tại phòng khám, Sở Y tế có ý kiến như sau:

1. Ưu điểm: Nhân sự phụ trách kiểm soát nhiễm khuẩn phòng khám chuyên
khoa nội soi tiêu hóa nắm được quy trình xử lý dụng cụ nội soi; Cơ sở dụng cụ sử
dụng nội soi tai mũi họng, nội soi tiêu hóa đầy đủ, đáp ứng số lượng bệnh nhân tại
phòng khám; Cơ sở vật chất khang trang, được vệ sinh sạch sẽ thông thoáng.

2. Tồn tại:

- Khu vực xử lý dụng cụ của Phòng khám chuyên khoa tai mũi họng cần biệt lập
với khu vực thực hiện nội soi Tai Mũi Họng.

- Nước vô khuẩn sử dụng rửa dụng cụ nội soi chưa đảm bảo vô khuẩn.

- Khu vực thực hiện thủ thuật nội soi tiêu hóa chưa đảm bảo quy trình xử lý dụng
cụ nội soi một chiều.

3. Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn người bệnh, Sở Y tế đề
nghị phòng khám phát huy những ưu điểm và rà soát toàn bộ công tác kiểm soát nhiễm
khuẩn, đặc biệt là quy trình xử lý dụng cụ nội soi tai mũi họng, khuẩn trương khắc
phục những tồn tại nêu trên, ưu tiên các nội dung sau:

- Cử nhân sự được phân công xử lý dụng cụ nội soi tham gia lớp tập huấn về xử
lý dụng cụ nội soi hoặc chương trình kiểm soát nhiễm khuẩn theo quy định của Bộ Y
tế tại Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 về quy định về kiểm
soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Bố trí khu vực xử lý dụng cụ đảm bảo quy trình một chiều và tách biệt khu vực
thực hiện thủ thuật nội soi tiêu hóa, tai mũi họng.

Đề nghị phòng khám gửi báo cáo khắc phục về Sở Y tế trước ngày 26 tháng 8 năm 2022. Giao Phòng Y tế Quận 10 giám sát nội dung khắc phục của phòng khám.

Trong quá trình hoạt động, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần thêm thông tin, đề nghị phòng khám liên hệ Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế (SĐT: 028.39.309.981) để được giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- PYT Quận 10;
- Thanh tra SYT;
- Phòng QLĐVYT - SYT;
- Lưu: VT, NVY (BNTL, TNC)



Nguyễn Văn Vĩnh Châu